5973 Autotune

Sun Jul 23 10:11:55 2006
C:\MSDCHEM\1\5973N\ATUNE.U

Instrument: MSD22

Mass	69.00	Mass	219.00	Mass	502.00
Ab	421715	Ab	437153	Ab	54028
Pw50	0.61	Pw50	0.61	Pw50	0.62



Ion Pol	POS	MassGain	267
		MassOffs	-10
Emission	34.6	AmuGain	2179
ElEnrgy	69.9	AmuOffs	130
Filament	2	Wid219	-0.037
		DC Pol	NEG
Repeller	24.26		
IonFcus	90.2	HEDEnab	ON
EntLens	21.0	EMVolts	1812
EntOffs	17.57		
		Samples	8
PFTBA	OPEN	Averages	3
		Stepsize	0.10
Zones:			
MS Source	230	Foreline	93
MS Quad	150		

Scan: 10.00 - 700.00 Samples: 8 Thresh: 100 Step: 0.10
119 peaks Base: 219.00 Abundance: 389440



Mass	Abund	Rel Abund	Iso Mass	Iso Abund	Iso Ratio
69.00	373184	100.00	70.00	4003	1.07
219.00	389440	104.36	220.00	17152	4.40
502.00	50000	13.40	503.00	5043	10.09